

GARA MERCATO ELETTRONICO RDON.1501130

" Procedura MEPA a mezzo RDO n. 1501130, avente ad oggetto la fornitura di 70 elettrocardiografi informatizzati"

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 03 del 13 giugno 2017

Il giorno 13 giugno 2017, alle ore 15,00, presso gli uffici della U.O.C di Ingegneria Clinica, siti nella Palazzina Sebi, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con delibera n. 525 del 9 maggio 2017, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica MEPA a mezzo di RDO num. 1501130 per la *"Fornitura di 70 elettrocardiografi informatizzati"* da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del richiamato d. lgs. n. 50/2016

La Commissione Giudicatrice presente è composta come segue:

Presidente: Ing. Vincenzo D'Amico – Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica

Componente: Dott. Marcello Caputo – Direttore U.O.C. Cardiologia/UTIC P.O. Chieti

Componente: Dott. Carlo Alberto Capparuccia - Dir. Med. U.O.C. Cardiologia P.O. Chieti

Componente: p.i. Antonio Verna – Ass. Tecnico U.O.C. Ingegneria Clinica

Componente: p.i. Alessio Marcotullio – Ass. Tecnico U.O.C. Informatica e Reti Aziendale;

Dr. Lino Di Martino – segretario non componente – coll. amm.vo U.O.C. Ingegneria Clinica

In via preliminare la Commissione prende atto dell'annullamento della prova pratica/dimostrativa, fissata per i giorni 13 e 14 giugno c.a., disposta dal RUP.

La Commissione si riunisce in seduta riservata per concludere le operazioni di *"Verifica conformità offerta e valutazione tecnico-qualitativa"* e precisamente alla verifica di conformità ed alla conseguente e successiva valutazione tecnico-qualitativa delle offerte.

A tal fine la Commissione procede all'esame di conformità al capitolato tecnico dell'offerta rimessa dalla ditta Alos. La Commissione acquisisce altresì il riscontro per iscritto della ditta *GE Medical Systems* in ordine ai richiesti chiarimenti/precisazioni, inoltrate per iscritto via e-mail e sul portale Mepa per disposizione del RUP.

La Commissione dopo attenta rivisitazione del capitolato tecnico, in ordine al requisito minimo capitolare di *"accensione ed operatività in meno di 10 secondi"*, ritiene che il sistema oggetto della gara, alla luce della letteratura scientifica prevalente, non si traduce in una stringente esigenza di efficientamento di protocolli clinici condivisi.



Pertanto per il tramite del segretario si dispone di rimettere il seguente verbale al RUP, per le conseguenti valutazioni di competenza.


Alle ore 15 e 30, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.


Presidente: Ing. Vincenzo D'Amico




Componente: Dott. Marcello Caputo




Componente: :Dott. Carlo Alberto Capparuccia



Componente: p.i. Antonio Verna -



Componente: p.i. Alessio Marcotullio



Dr. Lino Di Martino

segretario non componente

