



REGIONE ABRUZZO  
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
C.F. e P. IVA 02307130696

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

della U.O.C. Ingegneria Clinica

N. 414 del 20/12/2017

Oggetto: *Gara sul MEPA R.d.O. n. 1706771 per la fornitura di due Tecar Terapie da destinare al DSB di Francavilla al Mare e al N.O.D. Sangro Aventino - determina esclusione art. 29 d.lgs n. 56/2017-*

*Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento*

**PREMESSO** che con RdO n. 1706771 con lotto unico di fornitura da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, sono state richieste offerte per l'acquisto di due Tecar Terapie, ai quattro operatori economici accreditati presso il Mercato Elettronico della *Consip S.p.A.* partecipanti all'avviso esplorativo;

**PRESO ATTO** che, allo scadere del 10 ottobre 2017, termine ultimo di presentazione dell'offerta sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), è stato possibile visionare la schede tecniche dei seguenti operatori; *Aduomedical S.r.L. e Tecnomedical S.r.L.*;

**CONSIDERATO** che la U.O.C. di Ingegneria Clinica, competente per la valutazione tecnica dei dispositivi offerti dalle due ditte partecipanti, ha ritenuto indispensabile far sostenere alla ditta *Tecnomedical* una prova pratica, al fine di verificare una caratteristica tecnica del dispositivo, prevista nel capitolato a pena di esclusione, quale: "erogazione della potenza emessa regolata in PWM";

**RILEVATO** nella seduta 7 dicembre 2017, relativa alla richiamata prova pratica, si è riscontrato per il dispositivo offerto dalla ditta *Tecnomedical* quanto segue: "mancata corrispondenza dell'erogazione della potenza emessa regolata in PWM; giusto verbale allegato, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

**RICHIAMATA** la relazione tecnica RT17/077 del 14 dicembre 2017, a firma del Direttore della U.O.C di Ingegneria Clinica, concernente la verifica finale del prodotto offerto dalla ditta *Tecnomedical*, al capitolato tecnico, la quale ha riscontrato quanto segue: " il prodotto offerto non permette l'erogazione della potenza emessa regolata in PWM";

**RITENUTO** pertanto che la ditta *Tecnomedical S.r.L.* non ha presentato in sede di gara un'offerta che rispetti le caratteristiche tecniche del capitolato e pertanto, è da considerarsi irregolare in base all'art. 59 comma 3 lettera a) d.lgs n. 56/2017;

**PRECISATO** che sul portale degli acquisti [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) si è anticipata la comunicazione di esclusione alla ditta *Tecnomedical* e alla successiva pubblicazione del verbale relativa alla prova pratica

### D E T E R M I N A

**per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo**

- **escludere** dalla procedura di gara R.d.O. n. 1706771 attivato sul portale *MEPA* per la fornitura di due Tecar terapie, l'operatore economico *Tecnomedical S.r.L.* per le motivazioni di cui al verbale della prova pratica del 7 dicembre 2017 e della relazione RT17/077 del 14 dicembre 2017, allegati quali parti integrali e sostanziali, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
**Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti**  
**C.F. e P. IVA 02307130696**

- **ammettere** alla successiva fase di gara l'operatore economico *Aduemedical S.r.L.*;
- **precisare** che avverso il seguente provvedimento di esclusione è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo sez. di Pescara, nei termini di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010, (Codice del processo amministrativo), in combinato disposto con l'art. 29, comma 1. Del d.lgs. n. 50/2016;
- **disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.05.2009, n. 19 ed al fine di assolvere gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti per le procedure negoziate dall'art. 331 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;

**Trasmettere** copia della presente determinazione alla U.O.C. Ingegneria Clinica, per tutti gli adempimenti successivi di competenza e messa a disposizione del Collegio Sindacale per i relativi controlli;

La presente determinazione consta di n. 03 pagine e di n. 02 allegati di complessive pagine 02:

*allegato 1) verbale del 7 dicembre 2017;*  
*allegato 2) RT17/ del 14 dicembre 2017;*

**L'Istruttore**

**Dott. Lino Di Martino**

**Il Responsabile del procedimento**

**Dott. Ing. Vincenzo D'Amico**

Data .....

Firma .....

**Il Responsabile della U.O.C  
proponente che attesta la legittimità e  
la regolarità dell'atto**

**Dott. Ing. Vincenzo D'Amico**

Data .....

Firma .....

**Visto: Il Direttore del Dipartimento**

Data \_\_\_\_\_



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
 Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
 C.F. e P. IVA 02307130696

Il Direttore della U.O.C Ingegneria Clinica *ing. Vincenzo D'Amico* SCHEDA CONTABILE

CONTO DI CO.GE.	PREVISIONE ESERCIZIO 2017	GIÀ IMPUTATO CON PRECEDENTI ATTI	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO (NETTO DI IVA)	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO (COMPENSIVO DI IVA)	FONTE DI FINANZIAMENTO solo per progetti obiettivo e/o fondi (DETERMINA REGIONALE)
	/	/	/	/	

Il Direttore della U.O.C Ingegneria Clinica \_\_\_\_\_ *V. D'Amico*  
 Data \_\_\_\_\_

**RISCONTRO CONTABILE**  
 (a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio)

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile.

**Il Dirigente U.O.C. Bilancio** \_\_\_\_\_  
**Data** \_\_\_\_\_

**CONTROLLO RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
 (a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio)

CONTO DI CO.GE.	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO COMPENSIVO DI IVA Aut. N	IMPORTO ENTRO LA PREVISIONE CAPIENTE Aut n.	IMPORTO FUORI DALLA PREVISIONE DI BILANCIO. FUORI PREVISIONE

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio (anno), come da tabella.

**Il Direttore/Responsabile U.O.** \_\_\_\_\_  
**Data** \_\_\_\_\_



REGIONE ABRUZZO  
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
C.F. e P. IVA 02307130696

Della sujestesa deliberazione viene iniziata  
la pubblicazione il giorno

\_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa  
per 15 giorni consecutivi ai sensi della  
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

- La sujestesa deliberazione diverrà  
esecutiva a far data dal decimo giorno  
successivo alla pubblicazione.
- La sujestesa deliberazione è stata  
dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



**ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**U.O.C. Ingegneria Clinica**

c/o ex P.O. "SS. Annunziata" – Tiro a Segno,6 – 66100 CHIETI (CH)

Telefono: 0871.357520 Fax: 0871.357530

[ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it](mailto:ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it)

Direttore : Ing. Vincenzo D'Amico

## VERBALE DI AVVENUTA PROVA PRATICA

**OGGETTO: Fornitura di n.2 Tecar Terapie da destinare al D.S.B. di Villa S.Maria e D.S.B. di Francavilla al mare – RDO 1706771/2017.**

Il giorno 07 dicembre 2017 alle ore 12,00, come da convocazione della U.O.C. Ingegneria Clinica, presso l'ambulatorio FKT del D.S.B. di Francavilla al Mare, alla presenza di:

- Dott. Renato Lisio in qualità di Dirigente Medico DSB Francavilla
- Colagreco Massimiliano in qualità di fisioterapista NOD Sangro Aventino
  - Roio Anastasia in qualità di fisioterapista DSB Francavilla
  - Di Censo Alessandra in qualità di fisioterapista DSB Francavilla-
  - Verna Antonio in qualità di ass.te tecnico U.O.C. Ingegneria Clinica -
  - Di Martino Lino in qualità di coll. amm.vo U.O.C. Ingegnerai Clinica

L' Operatore Economico Tecnomedical Srl – Via Caduti sul Lavoro, 6 – 60019 Senigallia (AN)

nella persona della Sig.ra Ferroni Cristina in qualità di Legale Rappresentante

L' Operatore Economico AduMedical SRL – Via Caduti sul Lavoro, 6 – 60019 Senigallia (AN)

nella persona del Sig. Gaspari Antonio in qualità di Legale Rappresentante

L' Operatore Economico Tecnomedical Srl ha effettuato la prova pratica richiesta per verificare l'effettiva corrispondenza delle caratteristiche tecniche di minima del capitolato tecnico con il dispositivo offerto in gara:




TECAR FISIOWARM mod. VOGUE.


La prova ha avuto il seguente esito:



**-mancata corrispondenza dell'erogazione della potenza emessa regolata in PWM;**

Letto, confermato e sottoscritto.

Francavilla al Mare, 07 dicembre 2017



**ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
**U.O.C. Ingegneria Clinica**

c/o ex P.O. "SS. Annunziata" – Dipartimento Tecnico, 1° piano  
Via P.A. Valignani – 66100 CHIETI (CH)

Telefono: 0871.357520 Fax: 0871.357530

[ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it](mailto:ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it)

Direttore : Ing. Vincenzo D'Amico

---

**RELAZIONE TECNICA RT17/077**

Facendo seguito alla RdO n.1706771 per la fornitura di n.2 Tecar terapie da destinare al DSB di Villa S.Maria al DSB di Francavilla al mare, istruita dal Punto Istruttore Dott. Lino Di Martino, si riporta di seguito la relazione tecnica riguardante la corrispondenza delle offerte pervenute alle caratteristiche richieste:

- 1) **Offerta operatore ADUEMEDICAL SRL: IDONEO** – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto.
- 2) **Offerta operatore TECNOMEDICAL SRL: NON IDONEO** – Il prodotto offerto non permette l'erogazione della potenza emessa regolata in PWM (come da Verbale di avvenuta Prova Pratica).

Chieti, 14/12/2017

Il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica  
*Ing. Vincenzo D'Amico*