



**ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**U.O.C. Ingegneria Clinica**

c/o ex P.O. "SS. Annunziata" – Dipartimento Tecnico, 1° piano

Via P.A. Valignani – 66100 CHIETI (CH)

Telefono: 0871.357520 Fax: 0871.357530

[ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it](mailto:ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it)

Direttore : Ing. Vincenzo D'Amico

---

## RELAZIONE TECNICA RT17/077

Facendo seguito alla RdO n.1706771 per la fornitura di n.2 Tecar terapie da destinare al DSB di Villa S.Maria al DSB di Francavilla al mare, istruita dal Punto Istruttore Dott. Lino Di Martino, si riporta di seguito la relazione tecnica riguardante la corrispondenza delle offerte pervenute alle caratteristiche richieste:

- 1) **Offerta operatore ADUEMEDICAL SRL: IDONEO** – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto.
- 2) **Offerta operatore TECNOMEDICAL SRL: NON IDONEO** – Il prodotto offerto non permette l'erogazione della potenza emessa regolata in PWM (come da Verbale di avvenuta Prova Pratica).

Chieti, 14/12/2017

Il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica

*Ing. Vincenzo D'Amico*



**ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
**U.O.C. Ingegneria Clinica**

c/o ex P.O. "SS. Annunziata" - Tiro a Segno,6 - 66100 CHIETI (CH)

Telefono: 0871.357520 Fax: 0871.357530

[ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it](mailto:ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it)

Direttore : Ing. Vincenzo D'Amico

## VERBALE DI AVVENUTA PROVA PRATICA

**OGGETTO: Fornitura di n.2 Tecar Terapie da destinare al D.S.B. di Villa S.Maria e D.S.B. di Francavilla al mare – RDO 1706771/2017.**

Il giorno 07 dicembre 2017 alle ore 12,00, come da convocazione della U.O.C. Ingegneria Clinica, presso l'ambulatorio FKT del D.S.B. di Francavilla al Mare, alla presenza di:

- Dott. Renato Lisio in qualità di Dirigente Medico DSB Francavilla
- Colagreco Massimiliano in qualità di fisioterapista NOD Sangro Aventino
  - Roio Anastasia in qualità di fisioterapista DSB Francavilla
  - Di Censo Alessandra in qualità di fisioterapista DSB Francavilla-
  - Verna Antonio in qualità di ass.te tecnico U.O.C. Ingegneria Clinica -
  - Di Martino Lino in qualità di coll. amm.vo U.O.C. Ingegnerai Clinica

L' Operatore Economico Tecnomedical Srl – Via Caduti sul Lavoro, 6 – 60019 Senigallia (AN)

nella persona della Sig.ra Ferroni Cristina in qualità di Legale Rappresentante

L' Operatore Economico AduMedical SRL – Via Caduti sul Lavoro, 6 – 60019 Senigallia (AN)

nella persona del Sig. Gaspari Antonio in qualità di Legale Rappresentante

L' Operatore Economico Tecnomedical Srl ha effettuato la prova pratica richiesta per verificare l'effettiva corrispondenza delle caratteristiche tecniche di minima del capitolato tecnico con il dispositivo offerto in gara:

TECAR FISIOWARM mod. VOGUE.

La prova ha avuto il seguente esito:

**-mancata corrispondenza dell'erogazione della potenza emessa regolata in PWM;**

Letto, confermato e sottoscritto.

Francavilla al Mare 07 dicembre 2017

  
  


  


  
