



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 1485 DEL 19 DIC. 2016

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: “*Procedura negoziata tramite RdO sul MePA da parte di operatori economici accreditati per la fornitura di tre frigofarmaci da destinare alla U.O.C. Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Chieti- Delibera a contrarre*”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale Flacco, nominato con delibera della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1023 del 10 dicembre 2015, ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica datata 15 dicembre 2016;

DATO ATTO dell’attestazione di regolarità e legittimità dell’atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa Complessa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestanti in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____

Il Direttore Amministrativo Aziendale

(Dr.ssa Sabrina Di Pietro)

Parere favorevole _____

Il Direttore Sanitario Aziendale

(Dott. Vincenzo Casatti)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Pasquale FLACCO)

Proposta di deliberazione

per il

Direttore Generale

Oggetto: *Procedura negoziata tramite RdO sul MePA da parte di operatori economici accreditati per la fornitura di tre frigofarmaci da destinare alla U.O.C. Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza del P.O. di Chieti- Delibera a contrarre ”*

Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento

PREMESSO che il Direttore della U.O.C. in oggetto, chiedeva con nota ACQ16/290 del 3.08.2016, l'acquisizione di urgente di tre frigofarmaci a seguito di ispezione dei NAS;

PRESO ATTO che il Direttore Sanitario Aziendale, disponeva, in calce alla nota IC16/729 del 5.12.2016, predisposta dalla U.O.C. di Ingegneria Clinica, l'autorizzazione in merito alla richiesta di acquisto dell'apparecchiatura di che trattasi per un importo complessivo preventivato di € 4.000,00 IVA esclusa;

RILEVATO che in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10/L il d.leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici), entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

PRECISATO che nel caso di specie, trattandosi di importo di gara inferiore alla soglia comunitaria vigente in materia di appalti pubblici, è possibile espletare una procedura negoziata informale, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 e s. mm. ed ii.;

VISTO il comma 1, dell'art. 37 del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50, il quale testualmente recita *”Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.....,”*

VISTO altresì l'art. 36 comma 1 e comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura, ed è pertanto possibile procedere autonomamente ai sensi della normativa vigente e segnatamente dell'art. 26 commi 3 e 3 bis l. n. 488/1999 e ss. mm. ed ii.;

RICHIAMATO l'art. 15 comma 13 punto d) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 ai sensi del quale *“ Gli Enti Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazioni telematiche messi disposizione della stessa CONSIP”;*

RITENUTO pertanto, nel caso di specie, doversi ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), mediante richiesta di offerta R.d.O. sul sito www.acquistinretepa.it, aperta ad almeno 5 operatori economici qualificati accreditati da sistema Consip (MEPA) e abilitati per la categoria merceologica *de qua*, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 d.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base d'asta di € 4.000,00 oltre IVA;



RIBADITA la urgente necessità dell'acquisizione di tre frigo farmaci, scaturita altresì dalla richiamata ispezione degli organi giudiziari competenti

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- **di autorizzare** l'acquisizione di tre frigofarmaci mediante richiesta di offerta *R.d.O.* sul sito www.acquistinretepa.it, aperta ad almeno 5 operatori economici abilitati per la categoria merceologica *de qua*, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 d.lgs. n. 50/2016;
- **di approvare**, il capitolato tecnico di gara allegato;
- **di pubblicare** il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione trasparente, Bandi di Gare e Contratti- U.O.C. Ingegneria Clinica, sottocategoria delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33;
- **di stimare** quale importo complessivo della gara in € 4.000,00 oltre IVA;
- **di precisare** che i costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00;
- **di imputare** la somma stimata in complessivi € 4.880,00 IVA inclusa, sulla voce 01.01.02.05.01.01 (attrezzature sanitarie e scientifiche) del Piano dei Conti del Bilancio 2016;
- **di nominare** in qualità di R.u.P., il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, nella persona del dott. ing. Vincenzo D'Amico;
- **di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.05.2009, n. 19
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare avvio con tempestività, all'iter procedurale della presente gara sul portale MePA;

Trasmettere copia della presente deliberazione alla U.O.C. Bilancio e Contabilità, alla U.O.C. Ingegneria Clinica e messa a disposizione del Collegio Sindacale per i relativi controlli;

La presente proposta di deliberazione consta di n. 03 pagine e di n.01 allegati di complessive pagine 01:
-allegato 1) *Capitolato Tecnico (pag. 01)*;

L'istruttore

Dr. Lino Di Martino

Data, 15 dicembre 2016

Firma

**Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica proponente
che attesta la regolarità e legittimità del provvedimento**

(Ing. Vincenzo D'Amico)

Data, 15 dicembre 2016

Firma

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Vincenzo D'Amico

Data, 15 dicembre 2016

Firma

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696



CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

19 DIC. 2016 con prot. n. **65307**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



CAPITOLATO TECNICO

N.2 FRIGOFARMACI 150L

CARATTERISTICHE RICHIESTE	CARATTERISTICHE OFFERTE
Capacità utile di circa 150 lt	
Range temperatura circa +2°C / +10°C	
Costruzione esterna e interna in acciaio inox AISI 304 o in acciaio plastificato bianco antibatterico int/est	
Porta in vetro dotata di serratura	
Dotato di almeno 3 ripiani cassetti trasparente	
Display digitale per visualizzazione e controllo temperatura e allarmi	
Sbrinamento automatico con evaporazione acqua di condensa	
Allarmi acustici e visivi per temperatura e guasti, con registrazione automatica	
Registratore elettronico di temperatura (datalogger) con possibilità di esportazione dati tramite USB	
Predisposizione per allarmi remoti	
Illuminazione interna a LED	
Dotato di ruote	
Alimentazione 220-240 Vac, 50/60 Hz	
Marcatura CE	
Consegna al piano e presso la stanza indicata dal personale del reparto (la destinazione precisa verrà indicata dopo l'aggiudicazione), installazione, collaudo e addestramento del personale presso l'U.O. di interesse	
<p>Si precisa che in fase di collaudo dovranno essere presentati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione o certificato di conformità - Verbale di collaudo della società produttrice o della ditta aggiudicataria con dichiarazione di assistenza ufficiale della casa produttrice - Manuale d'uso in lingua italiana - DDT - Verifiche di sicurezza elettrica (CEI 62353) da effettuarsi sul posto, a cura dell'operatore aggiudicatario 	

CAPITOLATO TECNICO

FRIGOFARMACI 50L

CARATTERISTICHE RICHIESTE	CARATTERISTICHE OFFERTE
Capacità utile di circa 50 lt	
Range temperatura circa +2°C / +10°C	
Costruzione esterna e interna in acciaio inox AISI 304 o in acciaio plastificato bianco antibatterico int/est	
Porta in vetro dotata di serratura	
Dotato di almeno 2 ripiani	
Display digitale per visualizzazione e controllo temperatura e allarmi	
Sbrinamento automatico con evaporazione acqua di condensa	
Allarmi acustici e visivi per temperatura e guasti, con registrazione automatica	
Registratore elettronico di temperatura (datalogger) con possibilità di esportazione dati tramite USB	
Predisposizione per allarmi remoti	
Illuminazione interna a LED	
Alimentazione 220-240 Vac, 50/60 Hz	
Marcatura CE	
Consegna al piano e presso la stanza indicata dal personale del reparto (la destinazione precisa verrà indicata dopo l'aggiudicazione), installazione, collaudo e addestramento del personale presso l'U.O. di interesse	
<p>Si precisa che in fase di collaudo dovranno essere presentati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione o certificato di conformità - Verbale di collaudo della società produttrice o della ditta aggiudicataria con dichiarazione di assistenza ufficiale della casa produttrice - Manuale d'uso in lingua italiana - DDT - Verifiche di sicurezza elettrica (CEI 62353) da effettuarsi sul posto, a cura dell'operatore aggiudicatario 	