



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

della U.O.C. Ingegneria Clinica

N. 306 del 19/10/2017

Oggetto: *Gara sul MEPA R.d.O. n. 1626041 per la fornitura di un autoclave a vapore da banco da destinare al NOD di Vasto- determina esclusione art. 29 d.lgs n. 56/2017-*

Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento

PREMESSO che con *RdO n. 1626041* del 3 luglio 2017 con lotto unico di fornitura da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, sono state richieste offerte per l'acquisto di due autoclavi a vapore da banco, ai quattro operatori economici accreditati presso il Mercato Elettronico della *Consip S.p.A.* partecipanti all'avviso esplorativo;

PRESO ATTO che, allo scadere del 10 luglio 2017, termine ultimo di presentazione dell'offerte sul sito www.acquistinretepa.it, è stato possibile visionare la schede tecniche dei seguenti operatori; *SC Forniture, Getinge e Tecnomedical* ;

RILEVATO che lo scrivente servizio, quale competente ai fini della valutazione di conformità e corrispondenza del prodotto al capitolato tecnico, oggetto della *RdO.*, con nota prot. RT17/058 del 5 ottobre 2017, ha relazionato quanto segue:

- 1) *Offerta operatore SC Forniture Ospedaliere: IDONEO – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto.*
- 2) *Offerta operatore GETINGE: NON IDONEO – Il prodotto offerto non è dotato del sistema di allineamento carico automatico e dei cicli di sterilizzazione automatici senza operatore.*
- 3) *Offerta operatore TECNOMEDICAL: IDONEO – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto*

RITENUTO che la ditta *Getinge S.p.A.* non ha presentato in sede di gara un'offerta che rispetti le caratteristiche tecniche del capitolato e pertanto, è da considerarsi irregolare in base all'art. 59 comma 3 lettera a) d.lgs n. 56/2017;

PRECISATO che sul portale degli acquisti www.acquistinretepa.it si è proceduto, alla luce delle motivazioni esposte alla precedente alinea, alla comunicazione di esclusione dalla gara all'operatore economico *Getinge S.p.A.*

D E T E R M I N A

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

- **escludere** dalla procedura di gara *R.d.O. n. 1626041* attivato sul portale MEPA per la fornitura di due autoclavi a vapore da banco, la ditta *Getinge* per le motivazioni di cui in narrativa ai sensi l'art. 29 del d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. IVA 02307130696




- **precisare** che avverso il seguente provvedimento di esclusione è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo sez. di Pescara, nei termini di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010, (Codice del processo amministrativo), in combinato disposto con l'art. 29, comma 1. Del d.lgs. n. 50/2016;

-**disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.05.2009, n. 19 ed al fine di assolvere gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti per le procedure negoziate dall'art. 331 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;

Trasmettere copia della presente determinazione alla U.O.C. Ingegneria Clinica, per tutti gli adempimenti successivi di competenza e messa a disposizione del Collegio Sindacale per i relativi controlli;

La presente determinazione consta di n. 03 pagine e di n. 01 allegati di complessive pagine 01:

allegato 1) RT17/058 pag. 01)

L'Istruttore	Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile della U.O.C proponente che attesta la legittimità e la regolarità dell'atto
Dott. Lino Di Martino 	Dott. Ing. Vincenzo D'Amico Data20-10-2017..... Firma 	Dott. Ing. Vincenzo D'Amico Data20-10-2017..... Firma 

Visto: Il Direttore del Dipartimento

Data _____



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
 Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
 C.F. e P. IVA 02307130696

Il Direttore della U.O.C Ingegneria Clinica *ing. Vincenzo D'Amico* SCHEDA CONTABILE

CONTO DI CO.GE.	PREVISIONE ESERCIZIO 2017	GIÀ IMPUTATO CON PRECEDENTI ATTI	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO (NETTO DI IVA)	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO (COMPENSIVO DI IVA)	FONTE DI FINANZIAMENTO solo per progetti obiettivo e/o fondi (DETERMINA REGIONALE)

Il Direttore della U.O.C Ingegneria Clinica _____

Vincenzo D'Amico

Data 20-10-2017

RISCONTRO CONTABILE

(a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio)

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile.

Il Dirigente U.O.C. Bilancio _____

Data _____

CONTROLLO RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

(a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio)

CONTO DI CO.GE.	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO COMPENSIVO DI IVA Aut. N	IMPORTO ENTRO LA PREVISIONE CAPIENTE Aut n.	IMPORTO FUORI DALLA PREVISIONE DI BILANCIO. FUORI PREVISIONE

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio (anno), come da tabella.

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Data _____



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. IVA 02307130696

Della suestesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

_____ con prot. n. _____

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

- La suestesa deliberazione diverrà
esecutiva a far data dal decimo giorno
successivo alla pubblicazione.
- La suestesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

U.O.C. Ingegneria Clinica

c/o ex P.O. "SS. Annunziata" – Dipartimento Tecnico, 1° piano

Via P.A. Valignani – 66100 CHIETI (CH)

Telefono: 0871.357520 Fax: 0871.357530

ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it

Direttore : Ing. Vincenzo D'Amico

RELAZIONE TECNICA RT17/058

Facendo seguito alla RdO n. 1626041 per la fornitura di n. 1 Autoclave da banco da destinare al DSB di Vasto, istruita dal Punto Istruttore Dott. Lino Di Martino, si riporta di seguito la relazione tecnica riguardante la corrispondenza delle offerte pervenute alle caratteristiche richieste:

- 1) **Offerta operatore SC Forniture Ospedaliere: IDONEO** – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto.
- 2) **Offerta operatore GETINGE: NON IDONEO** – Il prodotto offerto non è dotato del sistema di allineamento carico automatico e dei cicli di sterilizzazione automatici senza operatore.
- 3) **Offerta operatore TECNOMEDICAL: IDONEO** – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto.

Chieti, 05/10/2017

Il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Vincenzo D'Amico