



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

della U.O.C. Ingegneria Clinica

N. 127 del 28/02/2018

Oggetto: *Gara sul MEPA R.d.O. n. 1801809 lotto 2 per la fornitura di uno spirometro da destinare alla Clinica Pediatrica del P.O. di Chieti - determina esclusione art. 29 d.lgs n. 56/2017-*

*Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento*

**PREMESSO** che con *RdO n. 1801809* con due lotti di fornitura da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, sono state richieste offerte per l'acquisto di un totale di tre spirometri, a sei operatori economici accreditati presso il Mercato Elettronico della *Consip S.p.A.*;

**PRESO ATTO** che, allo scadere 14 dicembre 2017, termine ultimo di presentazione dell'offerte sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), è stato possibile visionare la schede tecniche dei seguenti operatori economici per il lotto 2 di riferimento: *Carefusion e Cosmed*;

**RICHIAMATA** la relazione tecnica RT17/019, a firma del Direttore della U.O.C di Ingegneria Clinica, competente per la valutazione tecnica dei dispositivi offerti al capitolato tecnico, il quale ha riscontrato quanto segue: *"il prodotto offerto non è dotato di un analizzatore di flusso pneumotacografico riscaldato e non permette di effettuare la diffusione della membrana con la tecnica NO"*;

**PRECISATO** che sul portale degli acquisti [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) si è anticipata la comunicazione di esclusione alla ditta *Cosmed*;

**RITENUTO** pertanto che la ditta *Cosmed S.r.L.* non ha presentato in sede di gara un'offerta che rispetti le caratteristiche tecniche del capitolato e pertanto, è da considerarsi irregolare in base all'art. 59 comma 3 lettera a) d.lgs n. 56/2017;

### D E T E R M I N A

**per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo**

- **escludere** dalla procedura di gara *R.d.O. n. 1801809 lotto 2)* attivato sul portale *MEPA* per la fornitura di uno spirometro computerizzato, l'operatore economico *Cosmed S.r.L.* per le motivazioni di cui alla relazione RT17/019, allegato quale parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
- **ammettere** alla successiva fase di gara l'operatore economico *Carefusion S.r.L.*
- **precisare** che avverso il seguente provvedimento di esclusione è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo sez. di Pescara, nei termini di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010, (Codice del processo amministrativo), in combinato disposto con l'art. 29, comma 1. Del d.lgs. n. 50/2016;
- **disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.05.2009, n. 19 anche al fine di assolvere gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti per le procedure negoziate;






**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
**Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti**  
**C.F. e P. IVA 02307130696**

Trasmettere copia della presente determinazione alla U.O.C. Ingegneria Clinica, per tutti gli adempimenti successivi di competenza e messa a disposizione del Collegio Sindacale per i relativi controlli;

La presente determinazione consta di n. 03 pagine e di n. 01 allegati di complessive pagine 01:

allegato 1) RT17/019;

L'Istruttore	Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile della U.O.C proponente che attesta la legittimità e la regolarità dell'atto
Dott. Lino Di Martino	Dott. Ing. Vincenzo D'Amico	Dott. Ing. Vincenzo D'Amico
	Data 20/02/2018	Data 28-2-2018
	Firma 	Firma 

Visto: Il Direttore del Dipartimento

Data \_\_\_\_\_



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
 Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
 C.F. e P. IVA 02307130696

Il Direttore della U.O.C Ingegneria Clinica *ing. Vincenzo D'Amico* SCHEDA CONTABILE

CONTO DI CO.GE.	PREVISIONE ESERCIZIO	GIA' IMPUTATO CON PRECEDENTI ATTI	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO (NETTO DI IVA)	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO (COMPENSIVO DI IVA)	FONTE DI FINANZIAMENTO solo per progetti obiettivo e/o fondi (DETERMINA REGIONALE)

Il Direttore della U.O.C Ingegneria Clinica *Vincenzo D'Amico*

Data 28-02-2018

**RISCONTRO CONTABILE**

(a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio)

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile.

Il Dirigente U.O.C. Bilancio \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**CONTROLLO RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

(a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio)

CONTO DI CO.GE.	IMPUTAZIONE DA PRESENTE ATTO COMPENSIVO DI IVA Aut. N	IMPORTO ENTRO LA PREVISIONE CAPIENTE Aut n.	IMPORTO FUORI DALLA PREVISIONE DI BILANCIO. FUORI PREVISIONE

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio (anno), come da tabella.

Il Direttore/Responsabile U.O. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
**Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti**  
**C.F. e P. IVA 02307130696**

Della suestesa deliberazione viene iniziata  
la pubblicazione il giorno

\_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa  
per 15 giorni consecutivi ai sensi della  
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

- La suestesa deliberazione diverrà  
esecutiva a far data dal decimo giorno  
successivo alla pubblicazione.
- La suestesa deliberazione è stata  
dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



**ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**U.O.C. Ingegneria Clinica**

c/o ex P.O. "SS. Annunziata" - Dipartimento Tecnico, 1° piano

Via P.A. Valignani - 66100 CHIETI (CH)

Telefono: 0871.357520 Fax: 0871.357530

[ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it](mailto:ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it)

Direttore : Ing. Vincenzo D'Amico

## RELAZIONE TECNICA RT17/019

Facendo seguito alla RdO n. 1801809 per la fornitura di Spirometri da destinare alle varie UU.OO. della ASL, istruita dal Punto Istruttore Dott. Lino Di Martino, si riporta di seguito la relazione tecnica riguardante la corrispondenza delle offerte pervenute alle caratteristiche richieste:

### LOTTO 1

1) **Offerta operatore CAREFUSION: IDONEO** – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto.

2) **Offerta operatore COSMED: IDONEO** – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto.

### LOTTO 2

1) **Offerta operatore CAREFUSION: IDONEO** – Le caratteristiche offerte sono conformi a quanto richiesto.

2) **Offerta operatore COSMED: NON IDONEO** – Il prodotto offerto non è dotato di un analizzatore di flusso pneumotacografico riscaldato e non permette di effettuare la diffusione della membrana con la tecnica NO.

Chieti, 14/02/2018

Il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica  
**Ing. Vincenzo D'Amico**